



PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ



PROCESSO Nº 076/2013
PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013

Objeto: Aquisição de Materiais Permanentes destinados à Unidade Básica de Saúde, visando ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do Convênio nº 1600/2009/Ministério da Saúde.

RETI-RATIFICAÇÃO DO EDITAL

A Prefeitura Municipal de Tabapuã, Estado de São Paulo, TORNA PÚBLICO que o edital do Pregão Presencial acima mencionado passará a vigorar com as seguintes alterações:

1 – No Anexo I – Memorial Descritivo / Proposta Comercial, relativamente ao itens:

Item 11 – Eletrocardiógrafo.

Onde se lê:

- 1- “Impressão em papel comum (não termossensível) e caneta comum (Roller Ball).”;
- 2- “Realiza cópias dos exames.”
- 3- “especificações gerais: Dimensões 85x240x345mm (alt.xlarg.xprof.”
- 4- “10 baterias recarregáveis tipo C(opcionais)”
- 5- “Tempo de operação com pilhas/baterias: 2 horas.”

Leia-se:

- 1- “Impressão em papel comum “ou termossensível no formato A4” e caneta comum (Roller Ball) “ou impressora térmica de alta resolução” Formulário contínuo, folhas individuais “ou rolo”.
- 2- “Realiza cópia do “ultimo” exame”.
- 3- “especificações gerais: Dimensões “aproximadas” 85x240x345mm (alt.xlarg.xprof.).”
- 4- “10 baterias recarregáveis tipo C(opcionais) “ou bateria recarregável”.
- 5- “Tempo de operação com pilhas/baterias “aproximadamente 100 exames”.

Item 13 – Desfibrilador Externo Automático

Onde se lê: “As energias de descargas disponíveis são 200, 300 e 360J, seguindo o protocolo instituído pela AHA. Também tem uma tela LCD iluminada que permite ler as instruções, com dimensão 5,5x2,5ccm. A carga da bateria e os procedimentos de programação. As baterias são de larga duração que garante a utilização sem complicações. 5 anos em Standby. 90 descargas a 360J. 125 descargas a 200 J. 50 descargas a 150 J.”





PREFEITURA MUNICIPAL DE TABAPUÃ



Leia-se: "para uso em situações de emergências cardíacas. Para pacientes adultos e pediátricos a partir de 1 ano de idade. O equipamento deve ser leve, não ultrapassando 2 Kg, incluindo a bateria. Deve ser resistente a quedas, vibrações, resistente à água e poeira conforme normas de segurança internacionais. O equipamento deve possibilitar a visualização e o áudio da seqüência de operação para o usuário, com comando de voz em português. Metrônomo interno para ajudar a manter o ritmo da massagem cardíaca. Bateria não recarregável de Lítio, com capacidade mínima de 60 choques a 200 joules ou 6 horas de monitorização contínua ou 4 anos em standby. Forma de onda bifásica com escala de energia até 200 Joules. Tempo de carga menor de 8 segundos para 150 Joules e menos de 12 segundos para 200 Joules. Memória interna para armazenar no mínimo 45 minutos de ECG e eventos. O dispositivo deve possibilitar a transferência de dados para um computador. A garantia do equipamento deverá ser no mínimo de 5 anos comprovada através do manual da Anvisa. Deverá acompanhar 1 estojo para transporte, 1 par de eletrodos adulto e manual de operações em português."

Item 12 - Conjunto Odontológico

Onde se lê: "com cuba em polímero removível inquebrável e suporte triplo."

Leia-se: "com cuba em polímero **ou porcelana removível** e suporte triplo."

Item 15 - Mesa de Exame Clínico

Onde se lê: "Pés com ponteiros de borracha, toda em aço inoxidável..."

Leia-se: "Pés com ponteiros de borracha, **toda em aço inoxidável ou estrutura em tubo de aço carbono com tratamento anti-ferruginoso, acabamento em pintura eletrostática a pó com resina epóxi poliéster e polimerizado em estufa**".

2 – Reabrindo-se o prazo para realização da Sessão Pública do Pregão que passará a ser no dia **01 de agosto de 2013, às 09:30 horas**.

3 – Ficam mantidas e ratificadas as demais disposições e exigências do edital e dos anexos do presente pregão.

E para que chegue aos conhecimentos dos interessados, expeça-se o presente reti-ratificação, cuja cópia deverá ser afixada no local de costume e disponibilizada no site da Prefeitura, www.tabapua.sp.gov.br.

Tabapuã, 19 de julho de 2013.


CESAR AUGUSTO BRUGUGNOLLI
Pregoeiro

MUNICÍPIO DE TABAPUÃ